

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN ĐK ĐIỂN CHÂU

Số: 631/TB-BVDC

V/v xin báo giá trang thiết bị y tế
trong công tác mua sắm mới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Diễn Châu, ngày 29 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân có đủ tư cách pháp nhân trong
công tác cung cấp trang thiết bị y tế mua sắm mới.

Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đang có nhu cầu mua một ghế răng để phục
vụ công tác chuyên môn với yêu cầu cấu hình kỹ thuật kèm theo:

TT	Yêu cầu Kỹ Thuật	SL	ĐVT
	Tên thiết bị		
1	<p>GHẾ NHA KHOA Năm sản xuất: năm tháng 12/2022 trở về sau, mới 100% Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, CE Nguồn điện: AC 220V - 50Hz Điều kiện hoạt động của thiết bị: + Nhiệt độ môi trường: 5°C - 40°C + Độ ẩm tối đa 85%</p> <p>Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bồn nhỏ thủy tinh xoay góc 90 độ- Bộ hút nước bọt- Đường nối tay xịt 3 tác dụng (hơi, nước)- Ghế bệnh nhân- Đèn chiếu lạnh nha khoa- Đèn đọc phim 24V- Mâm dụng cụ- Đầu nối tay khoan chậm tốc:- Đầu nối tay khoan nhanh siêu tốc- Hộp kỹ thuật- Bộ nhớ: 3 bộ ghi nhớ quá trình làm việc <p>Tính năng kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Áp lực hơi: áp lực $\geq 0.55\text{mpa} \sim 0.8\text{mpa}$ lưu lượng $> 50\text{l/min}$- Áp lực nước: áp lực $\geq 0.2 \text{ mpa}-0.4\text{mpa}$ lưu lượng $> 10\text{l/min}$- Điện áp nguồn: $220\text{v}+_{-}10\%$; $50\text{hz}+_{-}2\%$- Điện áp điện cơ: 24V- Tốc độ quay không tải của tay khoan tuabin tốc độ cao (áp suất không khí $0,22\text{MPa}$) $\geq 35 \times 10^4$ r/phút- Tốc độ quay không tải của tay khoan tốc độ thấp (áp suất không khí $0,30\text{MPa}$) $\geq 18 \times 10^3$ r/phút- Độ sáng của đèn mổ: $8000\text{Ix} \sim 20000\text{Ix}$- Độ sáng của máy xem phim: $\geq 2000\text{Ix}$- Tải trọng làm việc của bệnh nhân: ≥ 135 kg	01	Bộ

	<ul style="list-style-type: none"> - Tải trọng của khay dụng cụ: $\geq 5\text{Kg}$ - Tải trọng của điều khiển trợ lực: $\geq 1\text{Kg}$ - Bình chứa nước: dung tích $\geq 800\text{ml}$, áp suất $0,25\text{MPa}$ - Vị trí cao nhất của ghế bệnh nhân so với mặt đất: $\geq 700\text{mm}$ - Vị trí thấp nhất của ghế bệnh nhân so với mặt đất: $\leq 500\text{mm}$ - Phạm vi chuyển động của tựa lưng: $105^\circ - 170^\circ$ - Phạm vi mở rộng giá đỡ đầu: $\geq 120\text{mm}$ - Góc lùi lớn nhất của đệm ngồi: $> 12^\circ$ - Nhiệt độ của máy nước nóng nhiệt độ không đổi: $(40 \pm 5)^\circ \text{C}$ - Không gian làm việc: chiều dài $\geq 4000\text{mm}$ / chiều rộng $\geq 2600\text{mm}$ / chiều cao $\geq 2000\text{mm}$ - Áp suất khí đầu ra tay khoan: $\geq 0,18-0,22\text{MPa}$, Áp suất nước: $0,01-0,4\text{MPa}$. - Áp suất nước đầu ra máy cạo vôi răng: $\geq 0,01-0,4\text{MPa}$ <p>BẢO HÀNH – BẢO TRÌ Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại bệnh viện Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu thiết bị</p>		
2	Tay khoan nha khoa PanaAir FX PAF-SU M4, (02 cái) Hãng sản xuất: Nakanishi (NSK)/ Nhật Bản Nước sản xuất: Nhật Bản	01	Bộ
3	Tay khoan nha khoa FX205 M4 Set, Hãng sản xuất: Nakanishi (NSK)/ Nhật Bản Nước sản xuất: Nhật Bản	01	Bộ

Đề nghị các tổ chức/cá nhân có đủ tư cách pháp nhân trong công tác cung cấp ghế răng như yêu cầu trên và có nhu cầu tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị này gửi báo giá về cho Bệnh viện Đa khoa Diên Châu:

Thời hạn cung cấp báo giá: Trước 17 giờ ngày 08 tháng 07 năm 2023.

Bệnh viện Đa khoa Diên Châu trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng QLCL, TT&CTXH;
- Lưu VT.



Hồ Ngọc Thái