

SỞ Y TẾ NGHỆ AN  
**BỆNH VIỆN ĐK DIỄN CHÂU**

Số: **642** /TB-BVDC

V/v xin báo giá trang thiết bị y tế  
trong công tác mua sắm mới.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Diễn Châu, ngày **06** tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân có đủ tư cách pháp nhân trong  
công tác cung cấp trang thiết bị y tế mua sắm mới.

Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đang có nhu cầu mua một Hệ thống nội soi tai  
mũi họng phục vụ công tác chuyên môn với yêu cầu cấu hình kỹ thuật kèm theo:

TT	Yêu cầu Kỹ Thuật	SL	ĐVT
	Tên thiết bị		
1	HỆ THỐNG NỘI SOI TAI MŨI HỌNG	01	Bộ
2	- Nguồn sáng LED - Nguồn điện/công suất tiêu thụ: 220V-50Hz/100W	01	Cái
3	Xử lý hình ảnh HD710 - Model camera HD - Model thân chính HD710 - Cảm biến hình ảnh 1/2.8" CMOS - Độ phân giải: 900lines - Video out: BNC*2 - Chức năng: + Cân bằng trắng tự động + Dừng hình trên tay camera	01	Bộ
4	Dây dẫn sáng: dài 2m, đường kính ống dẫn 4mm	01	Cái
5	Ống soi 70 <sup>0</sup> -4mm-175mm; 0 <sup>0</sup> -4mm-175mm.	02	Cái
6	Xe đẩy chuyên dụng được sơn tĩnh điện chống bụi, chống rỉ bền bỉ.	01	Cái
7	Màn hình chuyên dụng HD2110 - Kích thước màn hình: 21" - Độ phân giải HD - Thời gian đáp ứng: 4ms - Góc nhìn: 178 <sup>0</sup> - Tỷ lệ ảnh: 16:9 - Số điểm màu: 16,7 triệu màu	01	Cái

- Ngõ vào tín hiệu video: DVI/USB/BNC		
- Nguồn điện: AC100-240V/50-60Hz		

Đề nghị các tổ chức/cá nhân có đủ tư cách pháp nhân trong công tác cung cấp Hệ thống nội soi tai mũi họng như yêu cầu trên và có nhu cầu tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị này gửi báo giá về cho Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu:

Thời hạn cung cấp báo giá: Trước 17 giờ ngày 16 tháng 07 năm 2023.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.



**Giám Đốc**

**Hồ Ngọc Thái**